



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticacollebeato.edu.it>

Cellatica, 26.10.2020

Ai genitori degli alunni

A tutto il personale

dell'I.C. di Cellatica – Collebeato

Oggetto: mascherine facciali.

Per opportuna conoscenza, trasmetto la risposta dell'ATS al nostro quesito riguardante la tipologia di mascherine consentite a scuola.

Egregio Referente,

il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale n. 104 del 31/08/2020, adottando il principio di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento critico della riapertura delle scuole raccomanda, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze scientifiche disponibili riportate da Istituto Superiore di Sanità e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per i lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche, di adeguata dimensione per le diverse età scolastiche.

*Le maschere facciali non mediche/di comunità, realizzate con vari materiali, hanno la funzione di diminuire il rilascio nell'ambiente, da parte di chi le indossa, di goccioline respiratorie, ma le prove scientifiche disponibili suggeriscono che sono meno efficaci delle maschere chirurgiche come mezzo di controllo alla fonte. Inoltre, le maschere facciali non mediche hanno un'efficienza di filtraggio dell'aria molto bassa (circa 38%) rispetto alle maschere chirurgiche (95%). Un facciale filtrante (FFP) ha un impatto maggiore sulla respirazione ed è progettato per proteggere chi lo indossa dall'esposizione ai contaminanti presenti nell'aria. Nei facciali FFP1 e FFP2 è possibile, ma non obbligatoria, la presenza di una valvola respiratoria. I facciali filtranti con valvola, però, non sono appropriati per l'uso come mezzo di controllo della fonte, in quanto non impediscono il rilascio nell'ambiente delle particelle respiratorie espirate da chi li indossa. **Pertanto se alcuni genitori voglio dotare il proprio figlio di facciali FFP 1 o 2, questi devono essere senza valvola respiratoria.***

Cordiali saluti

Lo Staff Referenti Covid-19 per le Scuole

ATS di Brescia

Da: **ScuolaCovid** <scuolacovid@ats-brescia.it>

Data: gio 22 ott 2020 alle 11:01

Oggetto: R: USO MASCHERINE IN CLASSE

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Giovanni Barile)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, c. 2. D.Lgs. 39/93)

